


Клонинг Фасилити

Территория инновационного центра Сколково,
улица Нобеля, дом 7, эт 2, пом. №39 рм №1
Москва, 121205



orders@cloning.tech

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Название Белка:	EcoRI
Кат. номер:	ECOR1M
Форма поставки:	Пробирка с ферментом 3 шт., пробирка с буфером 2 шт., буфер для нанесения ДНК "Нуар" 1 шт.
Лот фермента:	6866
Лот буфера:	5042
Объем фермента:	1500 мкл
Объем буфера:	3000 мкл
Объем буфера для ДНК:	1500 мкл
Активность:	2 ед./мкл
Срок годности:	1 год
Условия хранения:	- 20°C

ПАРАМЕТР	МЕТОД ПРОВЕРКИ	КРИТЕРИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ	РЕЗУЛЬТАТ
Подтверждение активности	Инкубация с 1 мкг контрольной плазмиды 60 минут при 37°C.	Наличие целевых рестрикционных фрагментов	Пройдена
Неспецифическая экзонуклеазная активность	Инкубация фермента с линейной и кольцевой ДНК на протяжении 10 часов при 37°C.	Отсутствие деградации ДНК на гель-электрофорезе.	Пройдена
Неспецифическая эндонуклеазная активность	Инкубация фермента с линейной и концевой ДНК на протяжении 10 часов при 37°C.	Отсутствие фрагментов ДНК, полученных из-за неспецифической активности	Пройдена
Неспецифическая фосфатазная активность	Порезка 1 мкг ПЦР продукта в течение 1 часа и религирование 30 минут T4 лигазой КФ.	Исчезновение продуктов рестрикции	Пройдена

Заверено:

Виктория Коваленко,
генеральный директор
АО "Клонинг Фасилити"



Дата:

03.04.2026

