

Клонинг Фасилити
Территория инновационного центра Сколково,
улица Нобеля, дом 7, эт 2, пом. №39 рм №1
Москва, 121205

E orders@cloning.tech

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Название Белка: Hgal
Кат. номер: HGA1L
Форма поставки: Пробирка с ферментом 5 шт., пробирка с буфером 1 шт
Лот фермента: 6825
Лот буфера: 5042
Объем фермента: 250 мкл, 5 пробирок по 50 мкл
Объем буфера: 1500 мкл
Активность: 0.5 ед./мкл
Срок годности: 1 год
Условия хранения: - 20°C

ПАРАМЕТР	МЕТОД ПРОВЕРКИ	КРИТЕРИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ	РЕЗУЛЬТАТ
Подтверждение активности	Инкубация с 1 мкг контрольной плазмиды 60 минут при 37°C.	Наличие целевых рестрикционных фрагментов	Пройдена
Неспецифическая экзонуклеазная активность	Инкубация фермента с линейной и кольцевой ДНК на протяжении 16 часов при 37°C.	Отсутствие деградации ДНК на гель-электрофорезе.	Пройдена
Неспецифическая эндонуклеазная активность	Инкубация фермента с линейной и концевой ДНК на протяжении 16 часов при 37°C.	Отсутствие фрагментов ДНК, полученных из-за неспецифической активности	Пройдена
Неспецифическая фосфатазная активность	Порезка 1 мкг ПЦР продукта в течение 1 часа и религирирование 30 минут Т4 лигазой КФ.	Полное исчезновение продуктов рестрикции	Пройдена

Заверено:

Виктория Коваленко,
генеральный директор
АО "Клонинг Фасилити"



Дата:

03.04.2026

