

PNGase F

Контроль качества серии PNGFL-6L11

Название белка	PNGase F
Кат. номер	PNGFL
Лот набора	PNGFL-6L11
Форма поставки	Пробирка с ферментом 1 шт, пробирка с Калий-фосфатным буфером 1 шт, пробирка с Тритон x-100 1 шт, пробирка с 10х денатурирующим буфером 1 шт.
Объем фермента	150 мкл
Объем буфера	1 мл
Активность	1000 ед./мкл
Срок годности	2 года
Условия хранения	+ 2-10°C

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПАРАМЕТР	МЕТОД ПРОВЕРКИ	КРИТЕРИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Подтверждение активности	Инкубация 500 мкг фитазы с 0.16 мкг N-гликозидазы Клонинг Фасилити при 37°C в денатурирующих условиях 30 минут.	Дегликозилирование >95% фитазы	Пройдена
Неспецифическая протеазная активность	Инкубация фермента с 10 мкг фитазы при 37°C в денатурирующих условиях 20 часов.	Отсутствие деградации целевого белка на SDS-электрофореze.	Пройдена

ЗАВЕРЕНО
Дмитрий Горбачев
Директор производства
АО «Клонинг Фасилити»



ДАТА
30.07.2026